



PROT. 10954/02

Lì 26/01/2010

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI  
E MATERIALE SANITARIO DIVERSO OCCORRENTI PER I PRESIDII E STRUTTURE SANITARIE  
AZIENDALI.**

### **PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI N. 2**

In relazione alla procedura in oggetto, e nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza amministrativa, si comunica la seguente risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta da parte da parte di Ditta interessata alla partecipazione:

⇒ **QUESITO**

In relazione alla voce prodotto n. 108 di cui al lotto “C” Dispositivi medici per Rianimazione” ed alla voce prodotto n. 495 di cui al lotto “V” Presidi di sicurezza per somministrazione, prelievo ed incisione, per entrambe le voci prodotto sopra citata (siringhe eparinate per emogasanalisi), il capitolato tecnico prevede che siano “eparinate con 25 U.I. di litio-zinco eparina liofilizzata a basso dosaggio”, ma da un’indagine di mercato effettuata presso i maggiori concorrenti, risulta che dispongono tutti di siringhe con un contenuto di eparina maggiore o minore rispetto ai 25 U.I. da voi richiesti.

Per quanto sopra esposto, si chiede di comunicare se la suddetta specifica è da ritenersi di minima o se detto parametro non sia vincolante.

⇒ **RISPOSTA**

Il contenuto di 25 U.I. di litio-zinco eparina liofilizzata a basso dosaggio riportato nelle specifiche del capitolato tecnico, in considerazione dei diversi valori presenti nei vari dispositivi in commercio, deve intendersi indicativo.

L’offerente può discostarsene in misura maggiore o minore rispetto ai 25 U.I. indicati, a condizione che non venga pregiudicata la qualità del campione di sangue contenuto nella siringa e destinato ai fini degli accertamenti diagnostici.