

**Laboratorio e Uffici Commerciali:**

00012 Guidonia (Roma) - ITALIA
 Via E. Sansoni 8-13/A - (Z.I. Via Tiburtina Km 18,300)
 Tel. +39 0774.357492 - 374176 - Fax +39 0774.372179 - 379190
 Web-Site: www.asselitally.com - E-Mail: info@asselitally.com

Filiale:

72021 Francavilla Fontana (BR) - Via Battaglia, 16
 Tel. +39 0831.811290 - Fax +39 0831.844759
 Email: filiale@asselitally.com

Guidonia, 6 Novembre 2007

Spett.le
 AZIENDA SANITARIA USL NO. 3
 Ufficio Provveditorato
 Via Piano dei Lippi
 85042 LAGONEGRO (PZ)

Prot. No. VI/FA/cr/0299/07

OGGETTO: CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI INTERFACCIAMENTI TRA SISTEMA GESTIONALE ED ANALIZZATORI DEI LABORATORI ANALISI DELLA ASL 3 DI LAGONEGRO.

Costo per un singolo interfacciamento	€ 2.400,00 + IVA
Costo per due interfacciamenti	€ 4.450,00 + IVA
Costo per tre interfacciamenti	€ 6.250,00 + IVA
Costo per quattro interfacciamenti	€ 7.850,00 + IVA

A tali costi sono da aggiungere le spese di viaggio, permanenza e installazione pari a:

lavoro effettuato dal ns. personale in una unica soluzione

- € 1.500,00 + IVA (per il primo interfacciamento)
- € 300,00 + IVA (ciascuno dei successivi)

per interventi derivanti da installazioni differenziate delle strumentazioni stesse

- € 1.200,00 + IVA (per ogni viaggio/intervento)

Il Contratto Base di Assistenza Software agli Interfacciamenti, del tipo Hot-Line, sarà fatturato a € 300,00/anno (per ogni interfacciamento/strumento) + IVA.

Gli eventuali Interventi tecnici saranno invece fatturati con le seguenti tariffe:

Ora lavoro	€ 90,00/cad.
Ora viaggio	€ 90,00/cad.
Rimborso Kilometrico	€ 0,70/Km.

La Ditta Assel si impegna a garantire quanto segue:

1. A tutte le Ditte che facciano richiesta di tali interfacciamenti nell'ambito delle gare della ASL 3 di Lagonero verranno praticate le stesse condizioni sopra descritte.
2. Fornire e rendere operativi gli interfacciamenti richiesti entro il termine massimo di 90 giorni dall'ordine.
3. Che la fornitura comprenderà:
 - a. Software di collegamento
 - b. Cavo seriale schermato (Max 15 mt)

Adempimenti per le Ditte Aggreditrici


Dovranno inviare, alla ASSEL S.r.l., ordine scritto con allegate le specifiche tecniche della strumentazione da interfacciare alla procedura gestionale, dopo che la stessa strumentazione sia stata installata e collaudata presso le sedi definitive e sia stata resa interfacciabile.

A tal fine la ditta proprietaria dell'analizzatore dovrà accertarsi che lo strumento sia correttamente impostato alla ricezione/trasmissione dei dati verificando/disponendo:

- Predisposizione del software alla ricezione/trasmissione dei dati
- Settaggio di eventuali dip-switch su schede elettroniche
- Verifica (se necessario) abilitazione della funzionalità del lettore codici a barre
- La disponibilità di una porta seriale RS-232 libera e funzionante
- Presenza di uno specialista dello strumento con competenze sui punti precedentemente elencati nelle prime fasi dell'interfacciamento al fine di garantire la massima speditezza nella realizzazione del lavoro.

Siamo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

ASSEL S.r.l.
Direttore Commerciale
Franco Alunni


RACCOMANDATA A/R