



**OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN MODALITA’ “SERVICE” DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI DI MICROBIOLOGIA, OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE AZIENDALI**

### **PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI N. 1**

In relazione alla procedura in oggetto, e nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza amministrativa, si forniscono le seguenti informazioni e precisazioni riguardante la fornitura in oggetto che concorrono ad integrare gli atti di gara:

#### **1. QUESITO**

In merito al punto 7, art. 30 Disciplinare di gara e più precisamente si chiede di meglio specificare quanto di seguito riportato.

“Considerato che il sistema di consolidamento dell’area siero è in continua evoluzione, dovranno essere indicate, inoltre le quotazioni a confezione e a test, relative agli ulteriori reagenti per l’eventuale esecuzione determinazioni analitiche in aggiunta a quelle richieste in gara.

Si precisa che anche per questi test aggiuntivi il materiale di consumo, i calibratori e controlli devono essere offerti in sconto merce”.

#### **1. RISPOSTA**

L’indicazione delle quotazioni riportate in detto punto deve intendersi riferita a eventuali altre determinazioni analitiche non esplicitamente indicate nel capitolato tecnico, eseguibili con il sistema proposto.

Si precisa che tale indicazione essendo opzionale, non concorre alla quantificazione dell’offerta economica.

#### **2. QUESITO**

Si chiede chiarimenti in merito alla possibilità di poter offrire strumentazione ricondizionata, infatti all’art. 14 del Disciplinare di gara si cita la possibilità di offrire strumentazione ricondizionata previa opportuna dichiarazione nella relazione tecnica da allegare in gara, di contro all’art. 30 dello stesso Disciplinare si riporta che la ditta deve dichiarare che la strumentazione offerta deve essere nuova e non ricondizionata.

#### **2. RISPOSTA**

All’art. 14 del disciplinare di gara rubricato “Relazione tecnica sintetica della strumentazione” è riportato testualmente “Tipo e nome commerciale dell’apparecchiatura proposta, l’anno d’immissione sul mercato, e la dichiarazione che trattasi di apparecchiatura **nuova e non ricondizionata.**”

Come precisato all’art. 30 dello stesso disciplinare di gara e anche in altri documenti di gara (art. 1 del capitolato speciale, art. 3 del capitolato tecnico), la strumentazione da fornire deve essere nuova di fabbrica e di ultima generazione e, pertanto non è possibile offrire strumentazione ricondizionata.

#### **3. QUESITO**

Si chiede chiarimenti in merito all’art. 5 – Importo base d’asta – del Disciplinare di gara, tale importo è stabilito in 190.000 euro su base annua, si chiede conferma che il valore degli oneri di sicurezza interferenti, non soggetti a ribasso, è al di fuori dell’importo di base d’asta.



**3. RISPOSTA**

Si conferma che il valore degli oneri di sicurezza interferenti, quantificati in € 800,00/anno, non soggetto a ribasso, è al di fuori dell'importo a base d'asta annuo di € 190.000,00, Iva esclusa.

**4. QUESITO**

Si chiede chiarimenti in merito alla compilazione dell'offerta economica secondo lo schema offerta, Allegato 6, previsto nella documentazione. In tale schema, nella parte relativa alla fornitura di consumabili necessari al funzionamento del sistema diagnostico, è richiesto di indicare il totale complessivo annuo, mentre nel Disciplinare di gara è riportato che tale materiale venga fornito in sconto merce.

Si chiede di precisare la modalità di fornitura di tali materiali.

**4. RISPOSTA**

Nel disciplinare di gara, all'articolo 30, punto 7, lettera e), è richiesto di indicare il costo complessivo per la fornitura di reagenti e materiale di consumo necessari per l'esecuzione delle determinazioni annue riportate nel capitolato tecnico, quale risultante dalla sommatoria degli importi necessari per l'esecuzione dei test presunti previsti.

Nella stessa offerta economica è richiesto di indicare, altresì, l'elenco degli altri prodotti necessari che dovranno essere forniti in sconto merce, offerti a prezzo zero poiché il loro costo sarà computato nel prezzo dei kit dei prodotti reagenti di cui al precedente punto e), quali: calibratori, controlli e di quant'altro necessario per il corretto funzionamento del sistema.

A pagina 5 dello schema di offerta economica, in calce alla tabella dell'indicazione dei prodotti di cui al comma che precede, è precisato che, qualora l'offerente intendesse offrire in sconto merce tutto il materiale di consumo di cui alla tabella 4.2 (erroneamente individuata in detto allegato come tabella 3.2 che qui s'intende rettificata in tabella 4.2), esso dovrà essere ricompreso nella presente tabella.

I suddetti materiali saranno ordinati periodicamente con frequenza tale da garantire la continuità delle attività, come meglio esplicitato nel capitolato speciale di appalto.

**5. QUESITO**

In riferimento all'Allegato "Schema offerta economica" si chiede di specificare cosa si intende nella colonna 3 "Tipo confezione".

**5. RISPOSTA**

Per tipo di confezione deve intendersi la pezzatura di test a confezione (a titolo esemplificativo 2 x 100 test, 2 x 200 test etc.)

=====