



PROT. _____/02

Lì _____

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) PER L'ACQUISIZIONE DI N. 2 SISTEMI DI VENTILAZIONE POLMONARE IN ANESTESIA PER LE NECESSITA' DEL GRUPPO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI.

PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI E PRECISAZIONI

In relazione alla procedura in oggetto, e nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza amministrativa, si forniscono le seguenti informazioni, che concorrono ad integrare la disciplina di gara:

CAPITOLATO SPECIALE ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SISTEMI pag. 2 di 27:

- Al 5° capoverso: "Deve essere completo di monitoraggio multiparametrico e dotato di schermo a colori almeno 12" per la gestione del monitoraggio del ventilatore elettronico e dei parametri respiratori", **deve leggersi:** "Deve essere dotato di schermo a colori almeno 12" per la gestione del monitoraggio del ventilatore elettronico e dei parametri respiratori".

CAPITOLATO SPECIALE ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SISTEMI pag. 2 di 27:

- Al 10° capoverso: "I vaporizzatori e il miscelatore dovranno essere di tipo elettronico per permettere un'accurata regolazione dei flussi", **deve leggersi:** "I vaporizzatori e il miscelatore dovranno essere di tipo elettronico",

CAPITOLATO SPECIALE ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SISTEMI pag. 2 di 27:

- All'11° capoverso: "Per una maggiore sicurezza in caso di emergenza, dovrà essere possibile erogare una miscela composta da agente alogenato ed ossigeno, disponibile da una fonte alternativa regolabile, con flussometro di riferimento", **deve leggersi:** "Per una maggiore sicurezza in caso di ventilazione manuale, dovrà essere possibile erogare una miscela composta da agente alogenato ed ossigeno, disponibile da una fonte alternativa regolabile, con flussometro di riferimento".

CAPITOLATO SPECIALE ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SISTEMI pag. 2 di 27:

- Al 12° capoverso sub. 5: "Rapporto I:E regolabile con possibilità di I uguale, inferiore o superiore ad E in modalità sia CMV sia PCV", **deve leggersi:** "Rapporto I:E regolabile".

CAPITOLATO SPECIALE ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SISTEMI pag. 3 di 27:

- Al 13° capoverso: "Devono essere disponibili le misure I ed E di O₂ (specificandone il metodo di rilevazione), di N₂O, anestetici alogenati (con identificazione automatica del tipo di alogenato in uso e rilevazione della minima concentrazione alveolare), CO₂ (specificandone il metodo di rilevazione), nonché curva capnografica e curve anestetici alogenati", **deve leggersi:** "Devono essere disponibili le misure I ed E di O₂ (specificandone il metodo di rilevazione), di N₂O, anestetici alogenati (con identificazione automatica del tipo di alogenato in uso e rilevazione della minima concentrazione alveolare), CO₂ (specificandone il metodo di rilevazione)".



CAPITOLATO SPECIALE ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SISTEMI pag. 3 di 27:

- Al 14° capoverso: "L'apparecchio da anestesia integrato deve essere dotato di test automatici di controllo e deve essere provvisto di batterie tampone con ampia autonomia di funzionamento (dettagliare analiticamente nella documentazione tecnica caratteristiche e tempi di autonomia garantita) e, comunque, in caso di mancanza di alimentazione elettrica od in caso di guasto, dovrà essere possibile la ventilazione manuale/spontanea con lo stesso circuito", **deve leggersi:** "L'apparecchio da anestesia integrato deve essere dotato di test automatici di controllo e deve essere provvisto di batterie tampone con ampia autonomia di funzionamento e, comunque, in caso di mancanza di alimentazione elettrica od in caso di guasto, dovrà essere possibile la ventilazione manuale/spontanea con lo stesso circuito".

CAPITOLATO SPECIALE ART. 6 MODALITA' DI AFFIDAMENTO pag. 3 di 27:

- Al 2° capoverso: " La fornitura sarà affidata **a lotto unico ed indivisibile**, con il metodo previsto dall'articolo 83 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo, di seguito riportati:

A. CARATTERISTICHE GENERALI DEI SISTEMI	MAX PUNTI 20
B. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI	MAX PUNTI 25
C. CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEI SISTEMI	MAX PUNTI 15
D. SERVIZIO POST-VENDITA	MAX PUNTI 5
E. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA	MAX PUNTI 35

deve leggersi:

" La fornitura sarà affidata **a lotto unico ed indivisibile**, con il metodo previsto dall'articolo 83 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo, di seguito riportati:

A. CARATTERISTICHE GENERALI DEI SISTEMI	MAX PUNTI 20
B. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI	MAX PUNTI 30
C. CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEI SISTEMI	MAX PUNTI 10
D. SERVIZIO POST-VENDITA	MAX PUNTI 5
E. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA	MAX PUNTI 35

CAPITOLATO SPECIALE ART. 6 MODALITA' DI AFFIDAMENTO pag. 4 di 27:

- Al 4° capoverso: "I 25 punti relativi al parametro B. CARATTERISTICHE TECNICHE, così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI	PUNTI MAX
1	REGOLAZIONE PARAMETRI (Vt, PEEP, APL, PICCO DI FLUSSO)	7
2	MISCELATORE ELETTRONICO	1
3	PRESTAZIONI TRIGGER	4
4	STERILIZZAZIONE /SENSORI DI FLUSSO	3
5	TIPOLOGIA DI AZIONAMENTO /VOLUME COMPRIMIBILE INTERNO	7
6	TIPOLOGIA VAPORIZZATORI	3

deve leggersi: "I 30 punti relativi al parametro B. CARATTERISTICHE TECNICHE, così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI	PUNTI MAX
1	REGOLAZIONE PARAMETRI (Vt, PEEP, APL, PICCO DI FLUSSO)	7
2	MISCELATORE ELETTRONICO	4
3	PRESTAZIONI TRIGGER	4
4	STERILIZZAZIONE /SENSORI DI FLUSSO	4
5	TIPOLOGIA DI AZIONAMENTO	7
6	TIPOLOGIA VAPORIZZATORI	4



CAPITOLATO SPECIALE ART. 6 MODALITA' DI AFFIDAMENTO pag. 4 di 27:

- Al 5° capoverso: "I 15 punti relativi al parametro B. CARATTERISTICHE FUNZIONALI, così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI	PUNTI MAX
1	▪ DURATA BATTERIA	4
2	▪ GESTIONE CALCE SODATA	4
3	▪ NUMERO VAPORIZZATORI GESTIBILI CONTEMPORANEAMENTE	3
4	▪ AUTODIAGNOSI (FACILITA' DI IMPOSTAZIONE, COMPLETEZZA)	4

deve leggersi "I 10 punti relativi al parametro C. CARATTERISTICHE FUNZIONALI, così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI	PUNTI MAX
1	▪ DURATA BATTERIA	3
2	▪ GESTIONE CALCE SODATA	3
3	▪ AUTODIAGNOSI (FACILITA' DI IMPOSTAZIONE, COMPLETEZZA)	4

AVVISO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE –TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

- Il termine di presentazione delle offerte riguardante la procedura di gara in oggetto, indicato nell'avviso di gara e capitolato speciale per le **ore 13:00 del giorno 21/02/2011**, e posticipato alle **ore 13:00 del giorno 28/02/2011**.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (A.S.P.)