



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITA’ “SERVICE” DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI RELATIVI AL SETTORE IMMUNOMETRIA ALTERNATIVA, OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE AZIENDALI.

PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI N. 2

In relazione alla procedura in oggetto, e nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza amministrativa, si forniscono le seguenti informazioni riguardante la fornitura “in service” di sistemi analitici per l’esecuzione di esami diagnostici relativi al settore immunometria alternativa, occorrenti per i Laboratori di analisi chimico-cliniche aziendali, che concorrono ad integrare la disciplina di gara:

QUESITO:

Con riferimento al capitolato tecnico della gara ed in particolare alle “Caratteristiche tecniche indispensabili della strumentazione richiesta –Requisiti per i lotti 1, 2, 3, 4, si richiede:

- Che cosa intendete per i seguenti punti:
 - calibrazione stabile almeno 2 settimane
 - controllo calibrazione

RISPOSTA:

- La curva di calibrazione si riferisce alla master curve effettuata in condizioni ottimali dalla Ditta dei reagenti. Per stabilità s’intende il periodo in cui la master curve è valida.
- Per controllo di calibrazione s’intende l’utilizzo di un controllo a titolo noto fornito dalla Ditta dei reagenti, che è utilizzato ogni qual volta si esegue la calibrazione per valutare la stessa.

=====