



OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITÀ “SERVICE” DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI RELATIVI AI SETTORI EMATOLOGIA E COAGULAZIONE, OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE AZIENDALI

PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI N. 4

In relazione alla procedura in oggetto, e nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza amministrativa, si forniscono le seguenti informazioni e precisazioni riguardante la fornitura in oggetto che concorrono ad integrare la disciplina di gara:

1. QUESITO

Si chiede di chiarire la vs risposta al quesito n. 5 pubblicato in data 21/02/2013 prot. 28976/02, che recita:

Preliminarmente si premette che per sistema secondario deve intendersi analizzatore per urgenze e back-up. Pertanto il campionatore superiore a 100 campioni deve intendersi caratteristica sommatrice del sistema principale + sistema secondario.

In questo caso anche la velocità da voi richiesta sia per il lotto n. 1) analizzatore di ematologia che per il lotto n. 2) analizzatore di coagulazione avrà la stessa valenza. Ergo, se è richiesto per coagulazione una cadenza analitica superiore ad 80 test/ora per qualsiasi test scelto dall’operatore e non inferiore a 150 test/ora per PT sarà da intendersi la sommatrice dello strumento principale con lo strumento secondario.

RISPOSTA

▪ Coagulazione:

Nei Laboratori aziendali che utilizzano per l’attività analitica l’apparecchiatura principale e l’apparecchiatura di urgenza-backup, nel settore della coagulazione, dette apparecchiature lavorano insieme. Pertanto è applicabile la sommatrice del campionatore sistema principale + sistema secondario;

▪ Ematologia

Per quanto attiene al settore dell’ematologia, l’attività analitica si svolge quasi esclusivamente nelle ore antimeridiane sull’apparecchiatura principale, mentre l’apparecchiatura di urgenza-backup svolge l’attività nelle ore pomeridiane e notturne.

Pertanto non è applicabile la sommatrice del campionatore del sistema principale + sistema secondario.

- Comunque si fa presente, come peraltro previsto nell’allegato B.5 “griglia di valutazione delle offerte”, che l’aggiudicazione, sia del lotto n. 1 e sia del lotto n. 2, avverrà tenendo conto dell’offerta economicamente più vantaggiosa (qualità-prezzo) secondo la valutazione riferita esclusivamente al sistema principale.

CONDIZIONI DI INTERFACCIAMENTI CON I LIS DEI LABORATORI AZIENDALI

In relazione alla segnalazione pervenuta da parte di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara, quest’Azienda Sanitaria è intervenuta presso tutte le società dei software



gestionali in uso presso i Laboratori di analisi chimico-cliniche, al fine contenere ulteriormente gli importi relativi all'interfacciamento delle apparecchiature con i LIS dei predetti Laboratori.

In riscontro alle suddette richieste al momento sono pervenute le seguenti risposte:

- **SOFTWARE TEAM S.r.l.: Laboratori Interessati: Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri, Laboratorio di analisi del poliambulatorio B. Madre Teresa di Calcutta di Potenza.**

Per ogni offerta emessa non verrà più considerata la voce "Assistenza tecnica", che sarà considerata parte della licenza d'uso.

- **A.C.S. ADVANCED COMPUTER SYSTEMS S.r.l.: Laboratori interessati: Presidio Ospedaliero unificato di Melfi e Venosa.**

Si rinvia a alle precisazioni riportate nell'allegata nota della predetta Società prot. n. 052/13 del 22/02/2013.

Si comunica, infine è stato richiesto alle predette Società che il riscontro alla richiesta di miglioria sia effettuata direttamente anche agli operatori economici che hanno preso contatti con le predette per la richiesta di offerta per gli interfacciamenti.

=====

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (A.S.P.)



Via Pozzo Piano, 2 - 70059 - Trani(Ba)
 Tel 0883.482708 (751) - Fax 0883.489615
 Cap. Soc. € 90.000,00 - C.C.I.A.A. Bari 25082
 Reg. Soc. Trib. Trani 6453 - P. iva 03258780729
www.acsinformatica.it - commerciale@acsinformatica.it

INFORMATICA & NETWORKING - Soluzioni Innovative e Servizi Professionali

Trani 22/02 /2013
Ns. Prot. N. 052/13
Rif. Vs. fax del 22/02/2013 prot. 20130029416

Spett.le
ASP Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Via Torraca, 2
85100 POTENZA

Oggetto : Gara di appalto ematologia e coagulazione. Precisazioni sulla fornitura di interfacciamenti tra sistema gestionale e analizzatori dei laboratori di analisi dei P.O. di Venosa e Melfi.

In riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti della ns. offerta n. 233/12, relativa all'interfacciamento degli analizzatori al sistema Wingla, Vi confermiamo le seguenti condizioni di fornitura.

Interfacciamento strumenti per unità analitica (modalità bidirezionale real-time o batch)	€ 5.000,00
--	-------------------

Il costo proposto è comprensivo di:

- Licenza d'uso del software di interfacciamento per Laboratorio.
- Installazione, collaudo, addestramento e avviamento dell'interfaccia con lo strumento
- Assistenza sistemistica on-line
- Spese di viaggio e trasferta
- Materiale accessorio alla installazione (cavi, connettori ecc.), con esclusione della fornitura dell'hardware e dell'eventuale cablaggio di punti lan necessari al collegamento degli strumenti alla rete dati del Laboratorio

Nel caso le Aziende aggiudicatrici del bando dovranno fornire strumenti di backup da collegare al sistema Host, e se le modalità d'interfacciamento degli strumenti sono simili a quelle delle unità principali, **non è richiesto alcun onere aggiuntivo, in quanto la licenza, l'installazione e l'assistenza saranno compresi nel costo dell'interfacciamento principale.**

Quanto evidenziato nella presente era già stato comunicato alle quelle Aziende che avevano chiesto chiarimenti in merito al nostro precedente preventivo.

Riteniamo che i prezzi praticati insieme alle condizioni a corredo offerte non sono tali da consentire un ulteriore ribasso, avendo applicato tariffe economicamente vantaggiose rispetto a quanto offerto dal mercato.

L'ACS si impegna a garantire le stesse condizioni a tutte le Aziende che ci faranno richiesta dell'interfacciamento dei loro strumenti nell'ambito delle gara in oggetto.

Confermandoci a Vs. disposizione per ogni chiarimento in merito, Vogliate con l'occasione gradire i ns. più cordiali saluti.

A.C.S. srl
 (Dr. Nicola di Corato)