



OGGETTO: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN MODALITÀ “SERVICE” DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI RELATIVI AI SETTORI EMATOLOGIA E COAGULAZIONE, OCCORRENTI PER I LABORATORI DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE AZIENDALI

PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI N. 5

In relazione alla procedura in oggetto, e nel rispetto del principio della par condicio e trasparenza amministrativa, si forniscono le seguenti informazioni e precisazioni riguardante la fornitura in oggetto che concorrono ad integrare gli atti di gara:

RIFERIMENTO LOTTO N. 1: FORNITURA “IN SERVICE” DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DIAGNOSTICI RELATIVI ALLA CHIMICA CLINICA, MARCATORI CARDIACI E PROTEINE SPECIFICHE

1. **QUESITO**

Si richiede, per il Poliambulatorio di Potenza, di specificare le modalità di determinazione di controllo di qualità interno per gli analiti richiesti in termini di sedute settimanali, sedute giornaliere e livelli di esecuzione.

RISPOSTA

I test per il CQI che il laboratorio di analisi del Poliambulatorio di Potenza esegue due volte al giorno per 5 giorni /settimana, sono già compresi nel numero di test annui

=====